

# 高濃度有効塩素計『RC-3F』について

この度、高濃度有効塩素計「RC-3F」は一部仕様変更を行いましたのでその違いを記します。

	変更前	変更後
測定範囲	0～300mg/ℓ(適切測定範囲5～300mg/ℓ)	0～500mg/ℓ(適切測定範囲5～500mg/ℓ) ※550mg/ℓまで表示可能
製造番号	数字6桁+K 例:○○○○○○K	数字6桁+KH 例:○○○○○○KH

測定試薬は従来通り『HOCℓ-K-1』をご使用頂けます。

その他の仕様は変更はありません。